

PRZYKŁAD WODOMIERZ - OZNACZENIA WG MID



CE oznacza zgodność
z dyrektywą WE

M10 oznacza, że dyrektywa
metrologiczna (MID)

10 rok legalizacji pierwotnej

0071 Nr jednostki
notyfikowanej

LNE-16467
nr certyfikatu badania
typu WE

Q3 = 4 m³/h
ciągły strumień objętości

R = 160
stosunek Q3/Q1

Itron
nazwa producenta